

### PARZIALE RETTIFICA AL CHIARIMENTO N.3

Si rettifica parzialmente la risposta al Chiarimento n.3, quesito n.4, domanda n. 19, pervenuto in data 31/01/2017, prot. 16949/20AB e pubblicato il 08/02/2017.

Con riferimento all'Elaborato G.4 DGUE:

**Domanda**

Parte IV, sezione B, punti 4), 5) e 6): si chiede di confermare che tali punti non debbano essere compilati.

**Risposta**

Solo il punto 4) non va compilato.

**Domanda**

Parte IV, sezione C, punti 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9): si chiede di confermare che tali punti non debbano essere compilati

**Risposta**

L'OE deve rispondere ai punti:

2),

3),

5),

7) (L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale),

8).

**Domanda**

Si chiede altresì di confermare che non esiste il punto 6) e che pertanto lo stesso non debba essere compilato.

**Risposta**

Per punto 6) bisogna considerare "Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso", e non va compilato.

Si rettifica parzialmente la risposta al Chiarimento n.3, quesito n.10, domanda n. 16, pervenuto in data 02/02/2017, prot. 19653/20AB e pubblicato il 08/02/17.

**Domanda**

Considerato che dal capitolato si richiedono superfici a basso-medio-alto rischio le aziende partecipanti dovranno offrire sistemi dichiarati dagli stessi produttori "terapeutici" e non "preventivi" (previsti per pazienti a basso rischio). Si chiede conferma che, poiché i sistemi terapeutici in base alla normativa vigente sui Dispositivi Medici devono essere classificati in Classe II A, i sistemi certificati in classi inferiori (Classe I) non verranno accettati.

**Risposta**

Si precisa che per mero errore di trascrizione della risposta al detto chiarimento, prima della parola "classificato" è stata omessa la parola "preferibilmente", dunque la risposta alla suddetta domanda è da leggersi: *"Si conferma che solo i dispositivi antidecubito richiesti per l'altissimo rischio devono essere preferibilmente classificati nella classe IIA"*.

Talché la commissione aggiudicatrice avrà la possibilità di valutare tale caratteristica quale miglioria.