



**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SISTEMA TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SSR - SIMOG: gara n. 6733978.**

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute al 16/06/2017 – III Tranche.

I chiarimenti sono pubblicati sul seguente link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti>

\*\*\*\*\*

hh) Domanda (prot. n. 100386/20AB del 15/06/2017)

- 1) Relativamente alla griglia di valutazione Lotto n. 15, si chiede di specificare meglio cosa si intende per i seguenti punti richiesti:
  - Palmari o similari condivisi tra di loro automaticamente;
  - Monitoraggio in tempo reale delle trasfusioni in atto;
  - Sicurezza del consumabile;
- 2) Relativamente alla griglia di valutazione del Lotto 17, al punto 3 “Completezza funzionale” vengono attribuiti 2,5 punti per la completezza dei casi d’uso e scenari descritti e 2,5 punti per la completezza del documento di Vision.
  - Si chiede di specificare a quali casi d’uso si fa riferimento e a quale documento di Vision?
  - A pag. 22 dell’Elaborato A.1 vengono richiesti tali documenti per la manutenzione evolutiva, ma non per il progetto da presentare in gara;
  - Vogliate inoltre comunicare se per il caricamento degli archivi storici sono disponibili le credenziali di accesso ai data base e la relativa documentazione;
  - Si chiede inoltre la possibilità di avere un documento che descriva l’architettura del Sistema Trasfusionale Regionale ed il numero degli addetti per ogni unità operativa.

Risposta

- 1) Si possono offrire palmari o apparecchiature similari che consentano la trasmissione al gestionale del trasfusionale per una completa tracciabilità, per un monitoraggio in tempo reale dei dati relativi alle trasfusioni. Il consumabile deve essere resistente e impermeabile.
- 2) - si fa riferimento ai casi d’uso descrittivi le funzionalità del sistema offerto, mentre il documento di Visione (VISION) è il documento che descrive i bisogni UTENTE (Stakeholder) automatizzati dal sistema informatico offerto;
  - si conferma quanto richiesto dal capitolato;
  - all’aggiudicatario, saranno rese disponibili le base dati contenenti le informazioni gestite dall’attuale sistema, in formati aperti e conosciuti. Se per documentazione si intende “lo schema logico dei dati” non è disponibile;
  - se per “architettura” si intende l’architettura software del sistema informativo in esercizio, l’attuale sistema è un sistema unico regionale web. In merito al numero degli addetti, si confermano le richieste di capitolato “sistema privo di limitazioni nel numero degli utenti e nel tempo di utilizzo”.