

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1192444
Descrizione RDO:	ACQUISTO APPARECCHI ENDOSCOPICI DESTINATI AL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI (PZ)
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	2
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 01722360763 Via Torraca N°2 POTENZA PZ
Punto Ordinante	ANTONIO PENNACCHIO
Soggetto stipulante	Nome: ANTONIO PENNACCHIO Amministrazione: ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Codice univoco ufficio - IPA	IH3ZP3
Data e ora inizio presentazione offerte:	27/04/2016 18:48
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	06/05/2016 00:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	03/05/2016 00:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/05/2016 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	1
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	ACQUISTO VIDEOGASTROSCOPIO
CIG	6678367AC8
CUP	
Dati di consegna	PRESIDIO OSPEDALIERO DI

	VILLA D'AGRI - VIA SAN PIO - EX VIA PROVINCIALE - 85050 VILLA D'AGRI (PZ)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Asp - azienda sanitaria locale di potenza - u.o. provveditorato economato - via torraca, 2 Potenza - 85100 (PZ)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo totale a base d'asta	28000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	ACQUISTO VIDEOGASTROSCOPIO
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PENTAX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	EG-2990I
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD HD
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	Z12020511
8	* Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Videogastroscoopi
9	* Linee CCD	Tecnico	Valore minimo ammesso	oltre 721
10	Zoom	Tecnico	Valore minimo ammesso	Digitale

11	* Sistema identificazione di morfologia e vascolarizzazione sottomucosa	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	* Lunghezza utile [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 96 a 115
13	* Lunghezza tratto angolabile [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 9.1 a 10.0
14	* Diametro [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 9 a 10
15	* Angolo di visione [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 131 a 150
16	* Profondità di campo minima [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 4.1 a 5.0
17	* Profondità di campo massima [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 9.1 a 11.0
18	* Angolo di movimento alto [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 191 a 210
19	* Angolo di movimento basso [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 111 a 130
20	* Angolo di movimento destro [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 111 a 130
21	* Angolo di movimento sinistro [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 111 a 130
22	* Diametro canale operativo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 2.6 a 3.0
23	* Diametro secondo canale operativo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
24	* Sistema di blocco	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
25	* Canale di lavaggio/irrigazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
26	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

Denominazione lotto	ACQUISTO VIDEOCOLONSCOPIO
CIG	6678381657
CUP	
Dati di consegna	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI - VIA SAN PIO - EX VIA PROVINCIALE - 85050 VILLA D'AGRI (PZ)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Asp - azienda sanitaria locale di potenza - u.o. provveditorato economato - via torraca, 2 Potenza - 85100 (PZ)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo totale a base d'asta	29000,00

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	ACQUISTO VIDEOCOLONSCOPIO
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PENTAX
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	EC-3890FI
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	VIDEOCOLONSCOPIO 1500 MM HD
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	Z12020606
8	* Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Videocolonscopi
9	* Linee CCD	Tecnico	Valore	oltre 721

			minimo ammesso	
10	Zoom	Tecnico	Valore minimo ammesso	Digitale
11	* Sistema identificazione di morfologia e vascolarizzazione sottomucosa	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	* Lunghezza utile [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 151 a 185
13	* Lunghezza tratto angolabile [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	oltre 10.1
14	* Diametro [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	oltre13
15	* Angolo di visione [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 131 a 150
16	* Profondità di campo minima [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 3.1 a 4.0
17	* Profondità di campo massima [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	oltre 13.1
18	* Angolo di movimento alto [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 171 a 190
19	* Angolo di movimento basso [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 171 a 190
20	* Angolo di movimento destro [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 151 a 170
21	* Angolo di movimento sinistro [°]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 151 a 170
22	* Diametro canale operativo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 3.6 a 4.0
23	* Diametro secondo canale operativo [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
24	* Sistema di blocco	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
25	* Sistema doppio pallone	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
26	* Canale di lavaggio/irrigazione	Tecnico	Valore minimo	SI

			ammesso	
27	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ACQUISTO VIDEOGASTROSCOPIO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ACQUISTO VIDEOCOLONSCOPIO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	PENTAX ITALIA S.R.L.	11159150157	11159150157