

## VERBALE n. 1

Il giorno 6 marzo 2019, alle ore 12,00 circa, si sono riuniti presso la Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera i sigg.ri di seguito indicati:

DOCT. GAETANO ANNESE – Direttore Sanitario Aziendale

DOCT. MICHELE VIGGIANO – Direttore U.O.C. Direzione Provveditorato e Economato

DOCT. EUSTACHIO VITULLO - Direttore U.O.C. Patologia Clinica P.O. Matera

DOCT.SSA FLORA ANNA DI CUIA – Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera – Matera

ING. NICOLA SANNICOLA – Direttore U.O.C. Innovazioni Tecnologiche ed Attività Informatiche  
Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana - SPILL.

ING. TERESA BENGIOVANNI – Collaboratore Tecnico P.O. HTA U.O.C. Direzione Provveditorato e Economato

ING. FRANCESCA PETRARA – Collaboratore Tecnico U.O.C. Direzione Provveditorato e Economato

DOCT. MICHELE VIGNOLA – Rappresentante ditta Instrumentation Laboratory SpA - Werfen

per analizzare e definire le procedure da porre in essere per consentire le installazioni e il collaudo delle nuove apparecchiature per emogasanalisi come da determina di aggiudicazione n. 836 del 17/04/2018 e contratto repertorio 35/2018 del 04/12/2018. La Dott.ssa Di CuiA, Direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, comunica la necessità di incrementare il numero di postazione previste in gara da n. 9 a n. 12, in quanto sono pervenute altre richieste di dispositivi, e precisamente dalle UU.OO. di seguito indicate:

1. U.O.C. Pneumologia UTIR P.O. Matera;
2. U.O.S.D. Pneumologia territoriale, presso la Sede Centrale ASM;
3. U.O.C. Pediatria e Neonatologia del P.O. di Matera;
4. U.O.C. Medicina Generale del P.O. di Policoro;

Risulta inoltre venuta meno l'esigenza di installare uno dei dispositivi presso la U.O.S.D. Dialisi di Tinchì per sopravvenuti cambiamenti nella gestione del servizio. La Direzione Sanitaria concorda e autorizza il seguente elenco finale delle sedi, previa ottimizzazione del numero di esami e di utilizzo dei consumabili da parte delle UU.OO. di destinazione e UU.OO. richiedenti esami:

Presidio	U.O.	N° strumenti	N° test/anno
Matera	PSA	1	3.000
Matera	Rianimazione	1	4.000
Matera	Pneumologia	2	6.650
Matera	Centro Dialisi	1	4.000
Matera	Pediatria	1	
Policoro	PSA	1	3.700
Policoro	Rianimazione	1	3.300
Policoro	Medicina	1	
Stigliano	Lungodegenza	1	1.000
Tricarico	Lungodegenza	1	1.000
Sede Centrale	Pneumologia territoriale	1	450

Di concerto con la Ditta Aggiudicataria, la fornitura delle ulteriori 3 apparecchiature avverrà a costo zero, pertanto senza ulteriori incrementi del costo di canone le apparecchiature in service e del costo del canone per assistenza tecnica e manutenzione previsti in offerta di gara.

Nell'incontro predetto è emersa la proposta, da parte della ditta aggiudicataria, di un aggiornamento tecnologico con apparecchiatura e cartucce test di nuova implementazione. Si procederà rapidamente a valutare la convenienza di tale proposta, una volta ricevuta idonea documentazione dalla Ditta Aggiudicataria; in caso di riscontro positivo la proposta sarà formalmente approvata e si procederà con le attività di collaudo.

Come previsto da specifiche di gara, per procedere con le nuove installazioni è necessario fornire un server per la gestione in remoto delle apparecchiature da parte della Ditta Aggiudicataria nonché, per eventuali necessità future, per effettuare il controllo centralizzato di tutte le postazioni installate da parte di personale qualificato ASM. I presenti concordano di ubicare suddetto server e relativi accessori presso la sala server dei locali dell'ASM. Per completare le procedure di collaudo, come previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica, si ritiene opportuno verificare il corretto funzionamento del collegamento con la cartella clinica informatizzata aziendale (programma SIREP), senza ulteriori costi per la Ditta Aggiudicataria. L'ing. Sannicola pertanto offre piena disponibilità a supporto a tali operazioni.

Di tutto quanto sin qui descritto è il presente atto unico costituito da n. 2 pagine, che letto e confermato, viene sottoscritto – senza rilievi – da tutti i convenuti

L'incontro si conclude alle ore 12,30 circa.

DOTT. GAETANO ANNESE

DOTT. MICHELE VIGGIANO

DOTT. EUSTACHIO VITULLO

DOTT.SSA FLORA ANNA DI CUIA

ING. NICOLA SANNICOLA

ING. TERESA BENGIOVANNI

ING. FRANCESCA PETRARA

DOTT. MICHELE VIGNOLA

