

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1378572
<b>Descrizione RDO:</b>	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	ARPAB - CENTRO RICERCHE DI METAPONTO 01318260765 SS.JONICA KM.448.2 - 75012 METAPONTO (MT) BERNALDA MT
<b>Punto Ordinante</b>	ACHILLE PALMA
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ACHILLE PALMA Amministrazione: ARPAB - CENTRO RICERCHE DI METAPONTO
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFNIHN
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	ACHILLE PALMA
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	25/10/2016 17:34
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	15/11/2016 12:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	04/11/2016 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	15/05/2017 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	20
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato
<b>CIG</b>	684630666F
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	S.s. jonica 106 km 448,2Bernalda - 75012 (MT)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione: Via della fisica 18c/dPotenza - 85100 (PZ)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	80000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Microscopi ottici da laboratorio
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del microscopio ottico da laboratorio	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
3	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	• W0202050303
5	* Identificativo di registrazione BD/RDM	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Anno di prima	Tecnico	Nessuna	

	immissione sul mercato nazionale/versione		regola	
7	* Struttura	Tecnico	Valore minimo ammesso	come da allegato 1
8	* Regolazione in altezza	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
9	* Controllo simultaneo messa a fuoco/tavolino	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
10	* Attuatori stativo	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuali ed elettrici</li> <li>• Solo elettrici</li> <li>• Solo manuali</li> </ul>
11	* Tipo illuminatore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alogena</li> <li>• Incidente/Alogena</li> <li>• LED</li> <li>• Xenon</li> </ul>
12	* Illuminazione [W]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,07 (cordless)</li> <li>• 3</li> <li>• 20</li> <li>• 15/710</li> <li>• 30</li> <li>• 50</li> <li>• 75</li> <li>• 100</li> </ul>
13	* Regolazione luminosità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
14	* Adattamento automatico luminosità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
15	* Portafiltri integrato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
16	Filtri alloggiabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 1</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> </ul>
17	* Ingrandimenti [numero]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6</li> <li>• Zoom in continuo</li> </ul>
18	* Range ingrandimenti	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 0,75 a 5</li> <li>• da 1 a 4</li> <li>• da 1 a 40</li> <li>• da 4 a 40</li> <li>• 4-10-40-60</li> <li>• 4-10-40-100</li> <li>• 4-10-40</li> <li>• 5-10-20-50</li> <li>• 1,25-4-10-40</li> <li>• 1,25-4-10-40-100-400</li> <li>• 4-10-25-40-100-400</li> <li>• 5-10-20-40</li> <li>• Continuo da 7,5 a 150</li> <li>• Continuo da 1,95 a 225</li> <li>• 100</li> </ul>
19	* Corredo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiaro, scuro, contrasto di fase e contrasto interferenziale per plastica</li> <li>• Chiaro, scuro, contrasto di fase ed epifluorescenza</li> <li>• Chiaro, scuro, contrasto di fase, contrasto interferenziale ed epifluorescenza</li> <li>• Chiaro, scuro, contrasto di fase e contrasto interferenziale per plastica ed epifluorescenza</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo chiaro, predisposto per tutte le metodiche</li> <li>• Campo chiaro, contrasto di fase, predisposto per tutte le metodiche</li> <li>• Chiaro</li> <li>• Chiaro, scuro ed epifluorescenza</li> </ul>
20	* Oculari	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice a grande campo fino a 18 mm</li> <li>• Indice a grande campo fino a 20 mm</li> <li>• Indice a grande campo fino a 22 mm</li> <li>• Indice a grande campo fino a 23 mm</li> </ul>
21	* Gruppo ottico ammortizzato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
22	* Attuatori gruppo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuali ed elettrici</li> <li>• Solo elettrici</li> <li>• Solo manuali</li> </ul>
23	* Tavolino ceramizzato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
24	* Dimensioni tavolino traslatore [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75x50 girevole 240° con manopola di comando XY</li> <li>• 120x100 angolo di rotazione 0</li> <li>• 140x140 a comando DX</li> <li>• 13x13</li> <li>• 14x13</li> <li>• 22x17</li> <li>• 15x15</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16</li> <li>• 17x14</li> <li>• 18x17</li> <li>• 20x23</li> <li>• 20x26</li> <li>• 30x23</li> <li>• 175x40</li> </ul>
25	* Angolo rotazione tavolino traslatore [°]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180</li> <li>• 240</li> <li>• 270</li> <li>• 360</li> </ul>
26	* Fermaoggetto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
27	* Dispositivo di messa a fuoco	Tecnico	Nessuna regola	
28	* Tubi di osservazione inclinabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> <li>• SI, sistema butterfly</li> </ul>
29	* Comandi reversibili (sin/des)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
30	* Connessione foto/video	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitale</li> <li>• Ottica</li> </ul>
31	* Connessione dati	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth</li> <li>• Via cavo</li> <li>• WiFi</li> </ul>
32	* Alimentazione elettrica	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220/230V 50/60HZ</li> <li>• 100V 240V</li> </ul>
33	* Classe di isolamento elettrico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I B</li> <li>• II B</li> <li>• I BF</li> <li>• II BF</li> <li>• Alimentazione interna</li> </ul>

34	* Compatibilità elettromagnetica (EN 60601 1-1-2)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
35	* Peso [kg]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,8</li> <li>• 3,1</li> <li>• 3,7</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6,2</li> <li>• 6,8</li> <li>• 7</li> <li>• 10,4</li> <li>• 14,2</li> <li>• 12,2</li> <li>• 11,4</li> <li>• 6,2</li> <li>• 35</li> </ul>
36	* Revolver	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triplo</li> <li>• Quadruplo</li> <li>• Quintuplo</li> <li>• Sestuplo</li> <li>• N.A.</li> </ul>

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
Capitolato speciale di gara	Gara	<a href="#">Allegato6 Microscopio Rovesciato Capitolato.pdf (137.33KB)</a>
Disciplinare di gara	Gara	<a href="#">Disciplinare Microscopio Rovesciato.pdf (447.66KB)</a>
Specifiche minime	Gara	<a href="#">Allegato1 Microscopio Rovesciato Specifiche Minime.pdf (303.97KB)</a>
griglia di valutazione	Gara	<a href="#">Allegato5 Microscopio Rovesciato</a>

		<a href="#">Griglia Valutazione Offerte.pdf (226.6KB)</a>
--	--	---

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
documentazione di cui al p.to A.1 art.22 del Disciplinare di gara	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione di cui al p.to A.2 art.22 del Disciplinare di gara	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione di cui al p.to A.3 art.22 del Disciplinare di gara	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione di cui al p.to B.1 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione di cui al p.to B.10 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione di cui al p.to B.2 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione di cui al p.to B.3 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione	Microscopio	Tecnica	Invio	Obbligatorio	Si



di cui al p.to B.4 art.23 del Disciplinare di gara	Ottico Rovesciato Motorizzato		telematico con firma digitale		
documentazione di cui al p.to B.5 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione di cui al p.to B.6 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione di cui al p.to B.7 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione di cui al p.to B.8 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
documentazione di cui al p.to B.9 art.23 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione di cui al p.to C.2 art.24 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione di cui al p.to C.3 art.24 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione di cui al p.to C.4 art.24 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
documentazione	Microscopio	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

di cui al p.to C.5 art.24 del Disciplinare di gara	Ottico Rovesciato Motorizzato		telematico con firma digitale		
documentazione di cui al p.to C.6 art.24 del Disciplinare di gara	Microscopio Ottico Rovesciato Motorizzato	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si