


I. R. C. C. S.



## Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

*CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA*

Rionero in Vulture (PZ)

C. R. O. B.

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 61 del 27 OTT. 2016

☐ al Collegio Sindacale

☐ alla Giunta Regionale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA APPARECCHIATURA TAC AQUILION 64 IN DOTAZIONE ALL' U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ALLA DITTA TOSHIBA MEDICAL SYSTEM SRL - CIG 6842152273.**

<b>Unità operativa proponente</b>	Gestione Tecnico Patrimoniale		
Documenti integranti il provvedimento:			
Descrizione Allegato	pag.	Descrizione Allegato	data
Proposta Toshiba n. RG/am/301	6		
<input type="checkbox"/> <b>Dichiarazione di immediata esecutività</b>			
Destinatari dell'atto per l'esecuzione			
U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale			

Destinatari dell'atto per conoscenza

U.O.C. Diagnostica per Immagini	U.O. Controllo di Gestione
---------------------------------	----------------------------

La presente deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

- ☐ pubblicazione integrale  
☐ pubblicazione della sola deliberazione  
☐ pubblicazione del solo frontespizio

Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Dirigente Proponente Ing. Lauletta pag. 1

**PREMESSO CHE:**

- presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini è in funzione, per le attività di diagnosi, un apparecchiatura per tomografia assiale computerizzata mod. Aquilion 64 s/n HCA06Z2481 prodotta dalla ditta Toshiba Medical Systems Corporation;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 06.06.2014 è stato affidato, ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. b), del D.lgs. 163/2006, alla Ditta Toshiba Medical srl System, il servizio di manutenzione della predetta apparecchiatura elettromedicale, per un periodo di due anni, per l'importo complessivo annuo di € 85.750, Iva esclusa;
- il contratto di manutenzione della suddetta apparecchiatura è, quindi, scaduto in data 05.06.2016;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'apparecchiatura di cui sopra, per un corretto funzionamento, necessita di interventi manutentivi e di controlli funzionali, nonché di interventi di manutenzione correttiva che dovessero rendersi necessari in seguito al verificarsi di guasti;
- la recente evoluzione del mercato dei fornitori di servizi di assistenza e manutenzioni di apparecchiature elettromedicali, non consente oggi di escludere la sussistenza sul mercato di fornitori, diversi dalla ditta costruttrice della tecnologia, in grado di mantenere l'apparecchiatura di cui trattasi;
- al fine di verificare la sussistenza della circostanza di cui al punto precedente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 04.08.2016 è stato approvato l'avviso ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di manutenzione secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 04.08.2016, nella cui narrativa sono dettagliate le motivazioni per cui si rende necessario affidare il servizio di manutenzione;

**DATO ATTO CHE:**

- entro il termine ultimo del 10.9.2016, previsto nel suddetto avviso, per la presentazione delle richieste di partecipazione, è pervenuta la sola proposta della ditta Toshiba Medical Systems srl acquisita al protocollo dell'Istituto in data 6.9.2016 al n. 20160011371;
- su richiesta di questa UO la ditta Toshiba Medical Systems srl ha inviato in data 26.9.2016 la proposta n. RG/am/301, acquisita in pari data al protocollo dell'Istituto al n. 20160012297, relativa al servizio di assistenza di cui trattasi, dopo la rinegoziazione, postuma all'avviso, dell'originale proposta n. RG/am/136 pervenuta dalla ditta Toshiba Medical Systems srl stessa e acquisita al prot. dell'Istituto in data 09.05.2016 al n. 20160006363;


**CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- in data 23.9.2016, si è verificato un malfunzionamento alla apparecchio TAC per cui si è reso necessario richiedere intervento di riparazione urgente;
- la ditta Toshiba Medical Systems srl è intervenuta in data 27.9.2016 riscontrando la rottura dello slip ring all'interno del gantry e ad esito dell'intervento ha emesso il preventivo di spesa per la riparazione;
- su richiesta di questa UO, la Toshiba Medical Systems srl si è resa disponibile a includere il costo della riparazione nel canone del contratto di assistenza tecnica full risk in fase di affidamento con decorrenza dal 15.9.2016 e durata annuale;

**VERIFICATO CHE** la proposta n. RG/am/301 del 26.9.2016, della ditta Toshiba Medical Systems srl, relativa al contratto di manutenzione della apparecchiatura TAC Toshiba Aquilion 64, al costo di € 74.500,00 oltre IVA, garantisce i servizi di seguito riassunti: n.6 visite di manutenzione preventiva all'anno comprendenti una verifica di sicurezza elettrica, interventi di manutenzione correttiva su chiamata illimitati e fornitura delle parti di ricambio necessarie, inclusa la sostituzione del tubo radiogeno, ad esclusione dei detettori, iniettori e gruppi di continuità;

Delibera n. 611 del 27 OTT. 2016

Dirigente Proponente Ing. Louletta Maria pag. 2



**VISTO** l'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 209.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

**VISTO** l'art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 che prevede che fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, del medesimo decreto, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni;

**RITENUTO** di approvare, ai sensi, dei sopra citati artt. 36 e 216 del D.lgs. 163/2006, la proposta di contratto della società Toshiba Medical Systems srl n. RG/am/301 del 26.9.2016, acquisita agli atti in data 26.9.2016 al prot. n. 20160012297;

**ACQUISITO** il parere del Direttore Scientifico;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


### **D E L I B E R A**

**giusta la premessa in narrativa, che si intende integralmente riportata:**

1. **di approvare** la proposta di contratto della società Toshiba Medical Systems srl n. RG/am/301 del 26.9.2016, acquisita agli atti in data 26.9.2016 al prot. n. 20160012297;
2. **di affidare** alla Toshiba Medical Systems srl il servizio di manutenzione dell'apparecchiatura per tomografia assiale computerizzata mod. Aquilion 64 s/n HCA06Z2481 in dotazione all'U.O. Diagnostica per Immagini, al canone annuo di € 74.500,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 90.980,00 IVA inclusa, con decorrenza dal 15.9.2016 e per anni uno;
3. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è l'ing. Enzo Arminio, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 04.08.2016;
4. **di dare atto** che l'istruttore curerà la notifica alle UUOO economico/finanziaria e Diagnostica per immagini;
5. **di registrare** il costo complessivo di € 90.980,00, IVA al 22% inclusa, nei rispettivi bilanci di esercizio sotto la voce "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie da contratto" cod. 12-530-030-00001.
6. **di rendere** immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesa l'urgenza di provvedere.

**IL RUP**

Ing. Enzo Arminio



**IL DIRIGENTE U.O.**

**Gestione Tecnico Patrimoniale**

**Ing. Maria Gelsomina Lauletta**



61

27 OTT. 2016

Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Dirigente Proponente Ing. Lauletta Maria pag. 3

00144 Roma - Via Canton, 115  
Dir. Gen. Amm., Comm.le Tel. +39 06 520771 - Fax +39 06 5295879  
Serv. Tecnico Tel. +39 06 52077208 - Fax +39 06 5204739  
FILIALE NORD: 20871 Vimercate (MB) - Via Torri Bianche, 6  
Tel. +39 039 690651 - Fax +39 039 6260564  
ita.tosh@toshiba-medical.eu - www.toshiba-europe.com/medical

Spett.le  
**IRCCS CROB**  
STRADA PROVINCIALE 8  
85028 RIONERO IN VULTURE - ( PZ )

c.a. : ING. ENZO ARMINIO

Prot. n. RG/am/301  
Roma, 20/09/2016

**Oggetto: proposta contratto di manutenzione e service**

In riferimento alla vostra richiesta, inviamo un contratto relativo all'apparecchiatura Tac Aquilion 64 matricola HCA06Z2481 marca Toshiba Medical Systems Corporation®.

Il personale della Toshiba Medical Systems srl è l'unico legittimato da parte del Rappresentante Europeo autorizzato (Toshiba Medical Systems Europe BV) ad intervenire sull'apparecchiatura oggetto del contratto. Lo stesso possiede le adeguate conoscenze tecniche ad operare sull'apparecchiatura ed utilizzare le parti di ricambio originali necessarie, in conformità alla Direttiva 93/42/CE recepita dal D.Lgs. 46/97 e successive modificazioni al fine di mantenere la marcatura CE garantendone l'esecuzione dell'attività a regola d'arte. Vi segnaliamo, infine, che nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Toshiba Medical Systems srl per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante dall'uso delle apparecchiature non sottoposte all'ordinaria manutenzione ovvero sulle quali sono intervenuti terzi non autorizzati, in questi casi ogni responsabilità sarà esclusivamente a carico della Vs. struttura e del Vs. personale. Per eventuali chiarimenti potete contattare la sig.ra Marzano (t. 0652077224). Le clausole del presente contratto integrano, annullano o modificano parzialmente le clausole di eventuali altri contratti sottoscritti dalla Parti, laddove in contrasto.

Restiamo, pertanto, in attesa di ricevere copia della deliberazione a contrarre, dovendo altrimenti intervenire su singola chiamata fatturando il costo della stessa.

Distinti saluti

**TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL**

*[Signature]*  
Toshiba Medical Systems srl  
Direttore Amministrazione e Finanze  
Procuratore Speciale  
Dario Cataldo

## ANAGRAFICA CLIENTE

### DETTAGLIO CONTRATTO E SERVIZI OFFERTI

La tabella riporta il dettaglio del livello di servizio per singolo impianto e/o apparecchiatura qui elencate:

DETTAGLIO APPARECCHIATURA	DETTAGLIO DEL SERVIZIO ( Manutenzione Preventiva, Controlli Sicurezza CEI 62.5, Copertura Ricambi - Tubi - Bobine - Sonde )	Periodo del Servizio	Euro (IVA escl.)
---------------------------	---	----------------------	---------------------

[illegible]

**Importo del contratto ( IVA esclusa ), Euro: 74500 / anno ( settantaquattromilacinquecento/00 )**

**NOTE (1) :**

**NOTE (2) :**

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL  
Direttore Amministrazione e Finanza  
Procuratore Speciale  
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL

**Il Cliente**  
**Firma del Legale Rappresentante**  
**(per accettazione )**

## **DETTAGLI DEL CONTRATTO**

### **Condizioni particolari del servizio:**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE:** sei visite di manutenzione preventiva l'anno comprendente una verifica di sicurezza elettrica.

**INTERVENTI SU CHIAMATA:** illimitati

**PARTI DI RICAMBIO:** incluse, inclusa la sostituzione del tubo radiogeno, ad esclusione dei detettori, iniettori e gruppi di continuità

### **NOTE:**

- Per tutti i profili contrattuali non è prevista la copertura del materiale di consumo.

## **CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA**

### **CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E SERVICE**

Le condizioni speciali di vendita derogano o modificano le condizioni Generali di Vendita e Manutenzione riportate a tergo.

## **1. PREMessa**

Il contratto è operativo e valido per le sole apparecchiature fornite dalla Toshiba Medical Systems S.r.l. che non siano state modificate dal Cliente o dallo stesso collegate ad altri apparati senza autorizzazione scritta della scrivente società ed a condizione che non vi siano stati interventi sulle apparecchiature da parte di personale non autorizzato dalla Toshiba Medical Systems S.r.l., oppure se ne sia fatto un utilizzo diverso rispetto a quello previsto dalla loro destinazione d'uso.

## **2. IMPEGNI DELLA SOCIETA'**

### **2.1 Manutenzione preventiva**

Toshiba Medical Systems S.r.l. esegue la manutenzione preventiva secondo quanto definito dal Fabbricante Toshiba Medical Systems Corporation - 1385 Shimoishigami, Otawara-Shi, Tochigi 324-8550 - Giappone, basata sull'applicazione della Direttiva Europea Dispositivi Medici 93/42 e successive modifiche (D.lgs.46/97 - D.lgs 37/2010) e sulle norme relative alla sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali IEC 60601-1 e CEI 62353.

Le date delle visite di manutenzione saranno concordate contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, ed indicate nell'allegato al presente contratto "Dettaglio contratto e servizi offerti".

Le operazioni effettuate durante ogni visita di manutenzione preventiva comprendono: pulizia dell'apparato, verifica delle prestazioni, verifica della qualità immagine, regolazioni e tarature, nonché riparazioni di eventuali piccoli difetti (cavi elettrofisiologici, tasti, lampadine, ecc.)

### **2.2 Interventi su chiamata**

Il numero degli interventi su chiamata è illimitato. Il tempo di risposta è di 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto ricevuta per iscritto. Gli interventi saranno effettuati nei giorni feriali in orario 8:30/13:00 - 14:00/18.00 escluso sabato e festivi, salvo diverso accordo scritto tra le parti ed indicato nell'allegato "Dettaglio contratto e servizi offerti".

Qualora il problema tecnico sia risolvibile mediante accesso da remoto (collegamento in tele-assistenza per diagnosi remote) ovvero qualora sia comunque necessario un accesso da remoto i dati eventualmente acquisiti dai Tecnici Toshiba Medical Systems S.r.l. saranno trattati secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di Privacy.

### **2.3 Parti di ricambio e accessori**

Toshiba Medical Systems S.r.l. si impegna a sostituire le parti di ricambio e gli accessori inclusi nel presente contratto, indicati nell'allegato al presente contratto "Dettaglio contratto e servizi offerti" e compresi nel prezzo della manutenzione.

La sostituzione di qualsiasi ricambio per cause dovute a dolo, imperizia, cadute, cattivo utilizzo, mancata osservanza delle prescrizioni riportate nei manuali d'uso e danni per cause accidentali non rientra nella copertura contrattuale, la sostituzione avverrà solo previa sottoscrizione di un preventivo e sarà fatturato a parte dalla scrivente Società.

Le parti guaste sostituite resteranno di proprietà di Toshiba Medical Systems S.r.l.  
E' onere del cliente verificare la correttezza dei numeri di serie degli accessori indicati nella proposta di contratto.

## 2.4 Varie

La Società non sarà responsabile per ritardi o inadempienze imputabili a cause di forza maggiore (scioperi, incendi, guerre o calamità naturali, ecc.), caso fortuito, dolo o colpa del Cliente o per il ritardo necessario per il ripristino dell'apparecchiatura. Gli interventi atti a risolvere inconvenienti di funzionamento causati da uso improprio dell'apparecchiatura o da errori dell'operatore o da incendio, allagamenti, terremoto, fulmine, esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi, o qualsiasi evento naturale catastrofe non sono compresi e disciplinati dal presente accordo, di conseguenza, nelle ipotesi indicate, qualora il Cliente intenda riparare l'apparecchiatura, dovrà richiedere ed accettare un preventivo di spesa per il ripristino di funzionalità dell'apparecchiatura oggetto del contratto.

In ogni caso qualora si verificano calamità naturali quali, incendio, allagamenti, terremoto, fulmine, esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi, o qualsiasi evento naturale catastrofe che renda i locali inagibili e/o le apparecchiature inutilizzabili il contratto si intenderà sospeso, per durata e pagamento del prezzo, sino al ripristino dei locali e/o delle apparecchiature.

Dopo ogni visita di manutenzione, una copia del Rapporto Tecnico dovrà essere conservata sia da parte della Toshiba Medical Systems S.r.l. che dal Cliente in un apposito Registro (Registro di manutenzione).

Gli interventi di manutenzione e di riparazione saranno eseguiti da personale qualificato della Toshiba Medical Systems S.r.l. o da tecnici da essa designati ed inviati.

per la stessa durata del presente contratto, come determinato nell'appendice "Dettaglio contratto e servizi offerti" ed il prezzo della manutenzione sarà aumentato ad ogni rinnovo dell'indice ISTAT rispetto all'accordo o al rinnovo precedente.

## 3. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente userà l'apparecchiatura sotto la propria responsabilità, secondo quanto indicato nel manuale operativo del Fabbricante.

## 4. DURATA DEL CONTRATTO RECESSO E RISOLUZIONE.

### 4.1 DURATA

- o La durata del contratto è quella concordata con il cliente ed indicata nell'allegato al presente contratto "Dettaglio contratto e servizi offerti".
- o Il contratto si rinnoverà automaticamente per tacito consenso, qualora non sia inviata da una delle Parti Lettera Racc. AR di disdetta contrattuale 2 mesi prima della scadenza del contratto (termine essenziale); si intende, che nel caso si rinnoverà per la stessa durata del presente contratto, come determinato nell'appendice "Dettaglio contratto e servizi offerti" ed il prezzo della manutenzione sarà aumentato ad ogni rinnovo dell'indice ISTAT rispetto all'accordo o al rinnovo precedente.

### 4.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il cliente potrà recedere dal contratto una volta trascorsi i primi sei mesi di vigenza dello stesso dando preavviso motivato di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata AR. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, la Toshiba Medical Systems Srl avrà diritto di ricevere oltre al compenso pattuito per i primi sei mesi di vigenza del contratto e quello eventualmente maturato fino alla data del recesso, un indennizzo pari al costo di un trimestre di manutenzione.

Qualora l'apparecchiatura oggetto del presente contratto dovesse essere ceduta dal cliente a terzi, il cedente non sarà liberato dalle proprie obbligazioni contrattuali e dovrà dare avviso alla Toshiba Medical Systems S.r.l. della cessione a mezzo raccomandata AR; la Toshiba Medical Systems S.r.l. nei trenta giorni successivi alla ricezione della raccomandata potrà recedere dal contratto e nel caso comunque avrà diritto di ricevere un indennizzo pari al prezzo di un trimestre di manutenzione come determinato all'articolo 5 del presente contratto.

### 4.3. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1 Nel caso di inadempimento del cliente agli obblighi contrattuali del pagamento del prezzo nel termine di cui all'articolo 5 del presente contratto o di quello concordato nell'allegato "Dettaglio contratto e servizi offerti", il contratto si intenderà risolto di diritto decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere inviata a mezzo di raccomandata A.R. da Toshiba Medical Systems S.r.l.; nel caso di inadempimento del Cliente verrà applicata una penale pari al prezzo di un semestre di manutenzione. Tale penale non è soggetta a riduzione da parte del Giudice ex art. 1384 c.c.
- 2 Il mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite sarà considerato grave inadempimento e ferma restando la facoltà dell'applicazione del punto 4.3.1, Toshiba Medical Systems S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere il servizio di manutenzione sino al pagamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dando un preavviso con raccomandata AR di 15 giorni; Toshiba Medical Systems S.r.l., in quest'ultimo caso avrà comunque il diritto di richiedere, a titolo di indennizzo, il pagamento del compenso pattuito nel presente contratto di manutenzione anche nel periodo di sospensione del servizio.
- 3 Il ritardo nei tempi di pagamento pattuiti comporta, in ogni caso, la decorrenza degli interessi previsti dal D. Lgs. 231/02.

## 5. PREZZO

Il compenso convenuto per le prestazioni contrattuali è quello definito nell'allegato al presente contratto "Dettaglio contratto e servizi offerti".

Il pagamento dei canoni di manutenzione, salvo diverso accordo scritto tra le parti ed indicato nell'allegato "Dettaglio contratto e servizi offerti", è semestrale, anticipato ed immediatamente esigibile dal primo giorno di semestre contrattuale indipendentemente dalla ricezione della relativa fattura.

## 6. IL PAGAMENTO

Qualora sia previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario si indica sin da ora quali Banche d'appoggio:

1. Intesa San Paolo Spa – Viale Città d'Europa 847 – IBAN: IT38H0306903214100000006548
2. Credito Bergamasco filiale di Roma V.le Civ. Lavoro, 62 IBAN: IT53N0503403258000000001431
3. Conto corrente Postale – IBAN: IT51 M0760103200000039358007

## 7. CONDIZIONI AMBIENTALI

Per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura (dispositivo medico) è della massima importanza che le condizioni dell'ambiente in cui essa opera siano quelle indicate nel Progetto d'installazione fornito dalla Toshiba Medical Systems S.r.l..

La riparazione di danni causati da errate manovre o dalla mancata osservanza delle specifiche non sono coperte dal contratto e saranno fatturate a parte dalla Toshiba Medical Systems S.r.l..

## 8. MODIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Le parti convengono che le modalità di esecuzione o gli standard delle singole operazioni descritte nel presente contratto potranno essere modificati Toshiba Medical Systems S.r.l. mediante documento redatto dalla stessa ed inviato al Cliente con lett. racc. A.R. o via telefax.

Tali modifiche si intenderanno valide ed efficaci salvo che, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Cliente non abbia fatto pervenire alla Società il proprio dissenso motivato tramite racc. A.R. o telefax.

In tal caso Toshiba Medical Systems S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso con diritto a richiedere, a titolo di penale, un importo pari al prezzo di un semestre di manutenzione come determinato all'articolo 5 del presente contratto.

Tale penale non è soggetta a riduzione da parte del Giudice ex art. 1384 c.c.

## 9. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente contratto. In particolare le notizie ed i dati relativi alle attività di cui al contratto ed ogni altra informazione riguardante la società hanno carattere confidenziale e non dovranno, in tutto o in parte, essere comunicate a terzi, sia direttamente che indirettamente, e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto".

## 10. D.Lgs 196/2003 – dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, le Parti attestano il proprio consenso per il reciproco trattamento dei dati personali in possesso di ciascuna e la comunicazione degli stessi secondo quanto descritto nell'art.15 delle Condizioni Generali di Vendita e Manutenzione riportate a tergo.

## 11. Tracciabilità dei flussi Finanziari

Le parti si impegnano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal DL 187/2010 e legge n. 217 del 17.12.2010, s.m.i. ad assumersi tutti gli obblighi ivi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo ad adempiere a quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9, 9 bis di cui all'articolo 3 nonché ad assumersi gli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 L. 136/2010. Le parti si impegnano, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La società \_\_\_\_\_ si impegna ad inserire il CIG ed il CUP, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, sui documenti fiscali e contabili di riferimento. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art 9-bis L 136/2010 in caso di mancato adempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## 12. Validità ed Efficacia

### Applicabile esclusivamente a Enti Privati

La validità ed efficacia della presente offerta, è subordinata al pagamento di eventuali pregresse fatture scadute e non saldate, emesse dalla scrivente società verso il Cliente.

Nessuna responsabilità, pertanto, potrà attribuirsi alla Toshiba Medical Systems Srl in caso di mancata o ritardata manutenzione dovuta al relativo insoluto.



**13. Foro competente**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Toshiba Medical Systems S.r.l.  
Toshiba Medical Systems S.r.l.  
Direttore Amministrazione e Finanze  
Procuratore Speciale  
Dario Cataldo

IL CLIENTE

A norma degli artt. 1341 e 1342 le parti, previa lettura delle singole norme ivi contenute, dichiarano di approvare espressamente gli artt. 4, 8, 11 e 12 delle presenti Condizioni Speciali di Vendita Contratto di Manutenzione e Service.

L'accettazione della presente proposta di contratto di manutenzione comporta anche l'espressa accettazione delle Condizioni Generali di Vendita e Manutenzione di Toshiba Medical Systems srl a tergo riportate, che il Cliente dichiara di ben conoscere, e delle quali, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, approva espressamente gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11 e 15.

Toshiba Medical Systems S.r.l.  
Toshiba Medical Systems S.r.l.  
Direttore Amministrazione e Finanze  
Procuratore Speciale  
Dario Cataldo

IL CLIENTE

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Termine 60 gg DF  
Periodicità Trimestrale Posticipata  
Validità offerta 60 gg ( dalla ricezione )

**Banca d'appoggio**

Intesa San Paolo Spa – Viale Città d'Europa 847 – IBAN: IT38 H0306903214100000006548  
Credito Bergamasco filiale di Roma V.le Civ. Lavoro, 62 - IBAN: IT53 N0503403258000000001431  
Conto Corrente Postale - IBAN: IT51 M07601032000000039358007

Toshiba Medical Systems Srl  
Direttore Amministrazione e Finanze  
Procuratore Speciale  
Dario Cataldo

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL

Il Cliente ( per accettazione )




IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Pellegrino MUSTO



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Giovanni Berardino CHIARELLI

IL DIRETTORE SANITARIO  
Sergio Maria MOLINARI



IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Nicolò CUGNO


☐ Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O. Controllo di Gestione

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art.11, comma11 e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re 27 OTT. 2016



61

27 OTT. 2016

Delibera n. \_\_\_\_\_ in del \_\_\_\_\_

Dirigente Proponente Ing. Lauletta Maria pag. 4