


I. R. C. C. S.



## Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

C. R. O. B.

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 310 del 31 MAG. 2017

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE APPARECCHIATURE GAMMA CAMERA IN DOTAZIONE ALL' U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE - CIG. 709186367B**

<b>Unità operativa proponente</b>	Gestione Tecnico Patrimoniale ed Approvvigionamenti		
Documenti integranti il provvedimento:			
Descrizione Allegato	pag.	Descrizione Allegato	data
Manifestazione di interesse della ditta GE			
Proposta di contratto di assistenza tecnica della ditta GE			
<input type="checkbox"/> <b>Dichiarazione di immediata esecutività</b>			

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

--	--

Destinatari dell'atto per conoscenza

U.O.C. Medicina Nucleare	U.O. Controllo di Gestione
--------------------------	----------------------------

La presente deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola deliberazione

pubblicazione del solo frontespizio

Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Dirigente Proponente Ing. Lauletta pag. 1

**PREMESSO CHE** presso l'U.O.C. di medicina nucleare sono utilizzate, per le attività di diagnosi, le seguenti gamma camera:

- n.1 gamma camera marca GE modello Infinia 3/8
- n.1 gamma camera marca GE modello Infinia VC Hawkeye 4;

**CONSIDERATO CHE:**

- le apparecchiature di cui sopra, per un corretto funzionamento, necessitano di interventi manutentivi e di controlli funzionali, nonché di interventi di manutenzione correttiva che dovessero rendersi necessari in seguito al verificarsi di guasti;
- la recente evoluzione del mercato dei fornitori di servizi di assistenza e manutenzioni di apparecchiature elettromedicali, non consente oggi di escludere la sussistenza sul mercato di fornitori, diversi dalla ditta costruttrice della tecnologia, in grado di mantenere l'apparecchiatura di cui trattasi;
- al fine di verificare la sussistenza della circostanza di cui al punto precedente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 20.03.2017 è stato approvato l' avviso ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di manutenzione secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 20.03.2017, nella cui narrativa sono dettagliate le motivazioni per cui si rende necessario affidare il servizio di manutenzione;

**DATO ATTO CHE:**

- il suddetto avviso è stato pubblicato sul profilo del committente in data 21.03.2017 e fissava il termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse al 05.04.2017
- entro il termine ultimo del 05.04.2017, previsto nel suddetto avviso, per la presentazione delle richieste di partecipazione, è pervenuta la sola proposta della ditta GE Medical Systems Italia spa acquisita al protocollo dell'Istituto in data 28.03.2017 al n. 20170003857;
- su richiesta di questa UO la ditta GE Medical Systems Italia spa ha inviato in data 19.05.2017 la proposta di contratto n.962D39, acquisita in data 22.05.2017 al protocollo dell'Istituto al n. 20170006066, relativa al servizio di assistenza di cui trattasi;

**VERIFICATO CHE** la proposta di contratto n.962D39 del 19.05.2017, della ditta GE Medical Systems Italia spa, relativa al contratto di manutenzione delle apparecchiature gamma camera modelli Infinia 3/8 e Infinia VC Hawkeye 4, al costo di € 60.000,00 oltre IVA, garantisce i servizi di seguito riassunti: interventi di manutenzione programmata, interventi di manutenzione correttiva su chiamata illimitati, fornitura delle parti di ricambio necessarie, modifiche ed aggiornamenti relativi alla sicurezza ed affidabilità delle apparecchiature, tempo di risposta entro 8 ore lavorative;

**VISTO** l'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 209.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

**VISTE** le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell' Anac con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

**RITENUTO** di approvare, ai sensi, dei sopra citati art. 36 D.lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4 ANAC, la proposta di contratto n.962D39 del 19.05.2017, acquisita in data 22.05.2017 al protocollo dell'Istituto al n. 20170006066;

**ACQUISITO** il parere del Direttore Scientifico;

Delibera n. 3107 del 31 MAG. 2017

Dirigente Proponente Ing. Lauretta Maria pag. 2

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

giusta la premessa in narrativa, che si intende integralmente riportata:

1. **di approvare** la proposta di contratto pervenuta dalla ditta GE Medical Systems Italia spa n.962D39 del 19.05.2017, acquisita in data 22.05.2017 al protocollo dell'Istituto al n. 20170006066;
2. **di affidare** alla ditta GE Medical Systems Italia spa il servizio di manutenzione delle seguenti apparecchiature:
  - n.1 gamma camera marca GE modello Infinia 3/8
  - n.1 gamma camera marca GE modello Infinia VC Hawkeye 4al canone annuo di € 60.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 73.200,00 IVA inclusa, e per la durata di anni uno;
3. **di dare atto** che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, come disciplinato dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, e che dalla data di tale stipula decorreranno i termini contrattuali;
4. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è l'ing. Enzo Arminio;
5. **di dare atto** che l'istruttore curerà la notifica alle UUOO economico/finanziaria e all'U.O.C. di medicina nucleare;
6. **di registrare** il costo complessivo di € 73.200,00, IVA al 22% inclusa, nei rispettivi bilanci di esercizio sotto la voce "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie da contratto" cod. 12-530-030-00001.
7. **di rendere** immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesa l'urgenza di provvedere.


**IL RUP**

Ing. Enzo Arminio

**IL DIRIGENTE U.O.**

**Gestione Tecnico Patrimoniale ed Approvvigionamenti**

**Ing. Maria Gelsomina Lauletta**



IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Pellegrino MUSTO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Giovanni Berardino CHIARELLI



IL DIRETTORE SANITARIO  
Sergio Maria MOLINARI



IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Nicolò CUGNO



Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O. Controllo di Gestione

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art.11, comma11 e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re \_\_\_\_\_ **31 MAG. 2017**



Delibera n. **310** del **31 MAG. 2017**